

503. 습도

교정항목	분류번호	측정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95%)	사용표준/측정방법 등
상대습도 습도계; 고분자박막, 모발 등  고분자 박막 (습도)  고분자 박막 (온도) 모발 (습도)  모발 (온도)	50302	(20 ~ 60) %rh (60 ~ 95) %rh (-20 ~ 60) °C (20 ~ 60) %rh (60 ~ 95) %rh (-20 ~ 60) °C	2.4 %rh 3.1 %rh 0.6 °C 2.7 %rh 3.3 %rh 0.6 °C	기준 습도계, 항온 항습조 기준 온도계 /SRST-CI-50302-1 /SRST-CI-50302-2
온습도 기록계; 자기온습도기 록계 등  습도  온도	50304	(20 ~ 60) %rh (60 ~ 95) %rh (-15 ~ 50) °C	2.7 %rh 3.3 %rh 0.7 °C	기준 습도계, 항온 항습조 기준 온도계 /SRST-CI-50304
상대습도 변환기  습도	50305	(20 ~ 60) %rh (60 ~ 95) %rh	2.2 %rh 3.0 %rh	기준 습도계, 항온 항습조 /SRST-CI-50305
습도 발생장치; 항온항습기 등  습도  온도	50306	(20 ~ 40) %rh (40 ~ 60) %rh (60 ~ 80) %rh (80 ~ 95) %rh (-30 ~ 100) °C	2.2 %rh 2.8 %rh 3.3 %rh 3.8 %rh 0.9 °C	기준 습도계 기준 온도계 /SRST-CI-50306